

GID-LOG 出荷検定成績表

Rev 20020303

製品名称	GID-LOG
製造番号	0055
ファームウェアバージョン	1.10
ハードウェアバージョン	1.2

起動確認	GOOD	
計測開始確認	GOOD	
外観検査 (傷・汚れ)	GOOD	
待機時消費電流	0.27 mA	入力電圧 9.8 V
動作時消費電流	3.04 mA	
時計ICバックアップ電池	--- V	放電時間 --- 分
時計IC誤差	+20.1 ppm	
メモリ検査	GOOD	
時計IC動作検査	GOOD	
アナログ入力テスト	GOOD	
デジタル入力テスト	GOOD	
デジタル出力テスト	GOOD	

検査時室内温湿度 22 °C 45 %RH
検査日 37316
検査工場 KS
検査者 'azawa

数理設計研究所
〒373-0019 群馬県太田市吉沢町太田リサーチパーク1-101
www.madlabo.com
Tel/Fax 0276 (37) 7948